



Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.

17#, Futai Road, Zhongtai Street, Yuhang District, Hangzhou - 311121, P.R. China

Сертифікат аналізу

Назва виробу: Струменевий тест на вагітність DUET®

Каталожний №: WHCG-EM11

Дата виробництва: 11.03.2024 р.

Дата тестування: 21.03.2024 р.

Термін придатності: 10.03.2026 р.

Партія №: HCG24030018

Кількість: 10 240 шт.

Специфікація: 10 mIU/mL (мМО/мл)

| Критерії КЯ | | Стандарт/критерії | Результат тестування | Висновок |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| Фізичні | Зовнішній вигляд | Непошкоджені | Добрий | Пройшов |
| | Ширина мембрани (mm (мм)) | 60*5,95 mm (мм) | 60*5,95 mm (мм) | Пройшов |
| Функціональні характеристики | Позитивний зразок | 100% позитивних | 100% позитивних | Пройшов |
| | Негативний зразок | 100% негативних | 100% негативних | Пройшов |

Висновок: дана партія виробів відповідає стандартам КЯ

Контролер КЯ: Arno Wang

Дата: 21.03.2024 р.