

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування продукту: RENU MULTIPLUS 60ML
Багатоцільовий розчин для догляду
за контактними лінзами

Номер партії : MJ1967
Термін придатності до: 07-2026

<i>Контроль кінцевого товару</i>	<i>Методи</i>	<i>Обмеження</i>	<i>Результати</i>
Прозорість	Візуальний	Прозорий	Тест пройшов
Колір	TP 8090	0-30 APHA	Тест пройшов
pH	TP 7801	7.0-7.4	Тест пройшов
Осмолярність	TP 7803	270-330 mOsmol/kg	Тест пройшов
EDTA	TP 8143	0.09-0.12 %	Тест пройшов
PHMB	TP 8145	1.1-1.3 ppm	Тест пройшов
НАР	TP 8144	0.025-0.035 %	Тест пройшов
Стерильність	IBP010	Стерильний	Тест пройшов
Об`єм	TP 7805	Не менш заявленого NLT вимоги до етикетки	Тест пройшов
Відповідність упаковки	QS016	Тест пройшов	Тест пройшов

РЕЗУЛЬТАТ - СХВАЛЕНО

ВІДПОВІДАЄ ОРИГІНАЛЬНОМУ СЕРТИФІКАТУ

Відп. за 02.08
21.10.2024 L

Bausch & Lomb BV
(Підпис)

Контроль документа
(Підпис)

