

Сертифікат аналізу

Компанія: ПРАТ Іллар

№ партії: FC221A00901-00260

Дата: 26 вересня 2022

Дата аналізу: 05 вересня 2022

Кількість: 260 шт.

№ посилання: CA-2209-07

Назва виробу: Система моніторингу глікозил крові AGM-SIAS GlucoDr. S Test Meter. GlucoDr. S Test-смужка(25D), проколювач, ланцети (10шт) CR2032.

модол для транспортування, посібник користувача

Тестові елементи	Характеристика	Тестові процедури	Оцінка
Іле джерело напруги	28.9-31.1 мВ	Перевірка допустимого відхилення з використанням пристроїв QC(контроль якості)	пройшов
2ге джерело напруги	308.9-311.1 мВ	Перевірка допустимого відхилення з використанням пристроїв QC(контроль якості)	пройшов
Зовнішній вигляд	Збірка, ярлики та зовнішній кліренс	Візуальна експортиза	пройшов
Головний процес (операція)	Потужність, калібрація кнопок, зумер та датчик розпізнання	Перевірка всіх функцій використовуючи пристрої QC (контроль якості)	Пройшов
Процес самоконтролю	Тестова смужка	Калібровка з тестовою смужкою	пройшов
Ініціалізація	Ініціалізація пам'яті	Ініціалізація пам'яті зі спеціального смужкою	пройшов


Увага: перевірити всю продукцію без запису.

(Logo) Allmedicus

Форма 10-13 (2003.09.01)

Компанія All Medicus Ltd.

Переклад здійснено перекладач ПРАТ «ІНДАР» Репецька О.А. Диплом KB №43986243, виданий Київською гуманітарною академією 30.01.2013.



Handwritten signature and date: 05.09.2022