

Ansell

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

НАЗВА ПРОДУКТУ	GAMMEX® Non-Latex, Неопренові хірургічні рукавички стерильні – без пудри		Кількість ящиків	542	
ВИРОБНИК	АНСЕЛЛ ХЕАЛСКЕА ЮРОП Н.В., БЛВД ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ 55, 1070 БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГІЯ		Дата виробництва:	27/01/2021	
УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ	ТОВ «КАЛИНА КОМПАНІЯ З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ», 04071, м. Київ, вулиця КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2, УКРАЇНА		Термін придатності	27/01/2024	
			Серія:	2102 4177 01	
Характеристики		Специфікації	Середнє значення	Мінімум	Максимум
Фізичне вимірювання		S-2 AQL 4.0			
Мінімальна довжина, мм					
	5.5	≥ 250	-	-	-
	6.0	≥ 260	303	303	303
	6.5	≥ 260	304	303	304
	7.0	≥ 270	304	302	306
	7.5	≥ 270	305	302	307
✓	8.0	≥ 270	306	306	306
	8.5	≥ 280	303	303	303
	9.0	≥ 280	-	-	-
Ширина долоні, мм					
	5.5	68-76	-	-	-
	6.0	72-82	78	78	78
	6.5	78-88	84	84	84
	7.0	84-94	90	90	90
	7.5	90-100	97	95	97
	8.0	96-108	102	102	102
	8.5	102-114	108	108	108
	9.0	108-120	-	-	-
Товщина, мм					
S-2 AQL 4.0 (подвійна стінка)					
	Палець	0.310-0.430	0.404	0.388	0.425
	Долоня	0.290-0.410	0.371	0.363	0.377
	Манжета	0.270 - 0.370	0.302	0.291	0.316
Фізичні властивості		Середнє значення			
Перед прискореним старінням					
Зусилля на розрив		≥ 9 N (середнє значення)		11.7 N	
Після прискореного старіння					
Зусилля на розрив		≥ 9 N (середнє значення)		12.6 N	

По документу
Неопренові
2102417704

По документу
Неопренові
2102417704

РЕЗЮМЕ ДО ВИПРОБУВАННЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ОТВОРІВ (1000МЛ)

План вибірки: G1 AQL: 0.65

ДАТА ТЕСТУВАННЯ	РОЗМІРИ	РОЗМІР ВИБІРКИ (ШТ)	ПРИЙМАЛЬНЕ ЧИСЛО	БРАКУВАЛЬНЕ ЧИСЛО	ВИЯВЛЕНО	ПРИЙНЯТО/ВІДХИЛЕНО
09/02/2021	6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5	315	5	6	1	ПРИЙНЯТО

По документу
Неопренові
2102417704

Номер документу - EX-S8-5-AF-B

СЕРТИФІКАТ ІРРАДІАЦІЇ COBALT-60

Мінімальна доза: 25.00 кГр

* Даний сертифікат підтверджує, що вищевказаний продукт був стерилізований з використанням гамма-випромінювання компанією Ansell N.P. SDN. BHD.

Проаналізовано (підпис)
Затверджено (підпис)
Дата: 11/02/2021

Даний сертифікат підтверджує, що продукт, зазначений у даному сертифікаті, відповідає вимогам EN455.

Підготовано:
Фахівець лабораторії (підпис)
Дата: 22/02/2021

Переглянуто та затверджено:
Керуючий / Головний спеціаліст / Аналітик / Співробітник відділу з забезпечення якості (підпис)
Дата: 22/02/2021

* Додатковий витяг перекладу



Пр. ММ № 1302 від 17.02.2021