



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"  
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. (0472) 64 40 58  
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua  
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

## ПАСПОРТ ЯКОСТІ №11

Назва продукції	Виконання	
Серветка марлева медична чотиришарова, стерильна, тип 17, ТМ "Білосніжка"	16см×14см (8см×4см)	1 шт.
	16см×14см (8см×4см)	5 шт.
Серветка марлева медична двошарова, стерильна, тип 17, ТМ "Білосніжка"	45см×29см (12см×5,5см)	1 шт.

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-4

Дата виготовлення

2024-11

Дата закінчення терміну придатності

2029-11

Номер партії (LOT)

11

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21.2-38935759-003:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД		Результати перевірки
		16см×14см	45см×29см	
1	Зовнішній вигляд	пп.3.4.1-3.4.8 ТУ У 21.2-38935759-003:2014		Відповідає
2	Довжина розгорнутої серветки, см	16-1,0	45-1,5	Відповідає
3	Ширина розгорнутої серветки, см	14-1,0	29-1,5	Відповідає
4	Довжина складеної серветки, см	8-1,0	12-1,0	Відповідає
5	Ширина складеної серветки, см	4-0,25	5,5-1,0	Відповідає
6	Капілярність, см, не менше	6,5	6,5	Відповідає
7	Герметичність споживчого пакування	Пакування повинно бути герметичне		Відповідає
8	Стерильність	Стерильні		Відповідає
9	Тип марлі загідно ДСТУ EN 14079:2009	п.3.3.1 ТУ У 21.2-38935759-003:2014		17
10	Комплектність, маркування та пакування	пп.3.5-3.7 ТУ У 21.2-38935759-003:2014		Відповідає

**Висновок:** Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-003:2014


Начальник ВЗ  
(Посада)



*С.С.С.*  
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА  
(П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 11.2024р.



*De en 2024*  
*04.12.2024*