

10392

ACCY
DN
Ver

XERITO LIMITED 25,

APHRODITE STREET P O BOX 26025 NICOSIA-CYPRUS

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

НАЗВАНИЕ

ИЗДЕЛИЯ: Тест-полоска для определения беременности (в моче)

NO ЛОТА.: hCG7020205

ГОДЕН ДО: 2009-02

КОЛИЧЕСТВО: 50,000шт

АНАЛИЗ		РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА	ВРЕМЯ ИССЛЕДОВА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	Моча hCG		
	25mIU/ml	Позитивный	3 минуты
СПЕЦИФИЧНОСТЬ	Моча		
	300mIU/ml	Негативный	10 минут

Менеджер по контролю качества: Alan Xu

Подпись:

Дата: 2007/02

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ФАРМАСКО"
 Ідентифікаційний код 32208905
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ
 01001, м. Київ, пров. Музейний, 10
 тел.: (044) 253-76-53