

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ



BODE Chemie GmbH
A company of the HARTMANN GROUP
Melanchthonstr. 27
22525 Hamburg
Germany
T. +49 40 54006-0
F. +49 40 54006-200
bode-chemie.com
info@bode-chemie.de



дата 05.04.2024

Original

Номер артикулу/назва товару: 9752673 Стерилліум гель, 475 мл з дозатором-насосом
Партія № 523608


Вироблений: 20.02.2024
Придатний до: 01.2029

Результати аналізів

Перевірка	Метод	Специфікація	Результат
мікробіологічна чистота	відповідно Євр. Фарм.	відповідно Євр. Фарм. 5.1.4. (нашкірне застосування)	підтверджується
зовнішній вигляд	візуально	прозорий гель від безбарвного до жовтуватого кольору	підтверджується
запах	органолептично	етанолу, характерний	підтверджується
індекс рефракції n 20/D	Євр. Фарм.	1,365 - 1,371	1,368
густина 20 °C [г/см ³]	Євр. Фарм.	0,823 - 0,829	0,825
вміст етанолу [% (м/м)]	BODE-GC01Y	82,9 - 87,1	підтверджується

Результати проведених перевірок відповідають чинній специфікації.
БОДЕ користується вичерпною системою забезпечення якості відповідно до DIN (Німецька промислова норма НПН) EN (Європейська норма) ISO (Міжнародна організація по стандартизації МОС) 9001:2015.
Цей сертифікат роздрукований з комп'ютера, тому не має підпису.

БОДЕ Хемі ГмбХ
Контроль якості



Вно акен 0048 Сер 131124148