JIANG SU NAN FANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналіза на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Menthol plaster Пластир знеболюючий з ментолом «Цілюща сила» «H Dr. House»	Specification Розмір	10cm×15cm, 10cm×18cm, 12cm×18cm,
Order No./Заказ №	LXC200603	Lot No./Партія №	200603
Quantity Кількість	36000 Pcs 36000 шт.	Test Date Дата перевірки	2020.08.20
Check Standard Стандарт перевірки	STP-QC0606401	Date of report Дата звіту	2020.08.20
Дата виготовлення	2020-07	Термін придатності	2024.06

Check result/Результат проверки

Item Tested Назва	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Test(Mean) Результат тесту (середній)
Appearance Зовнішній вигляд	Light brown or brown color plaster Світло-коричневий або коричневий пластир	Complies Відповідає вимогам
Content of paste Зміст пасти	≥1.15g/100cm^2	1.28
Peel off strength Міцність на відрив	≥1.0N/cm	2.0
Cold-resistant test Холодовий тест	Should meet requirements Має відповідати	Complies Відповідає вимогам
Heat-resistant test Тест нагрівання	Should meet requirements Має відповідати	Complies Відповідає вимогам

Conclusion: The above product complies with the requirements of standard STP-QC0606401/ Висновки перевірки – продукт відповідає вимогам стандарту

Інспектор (Inspector): _____ Рецензент (Review): _____

JIANGSU NAN FANG MEDICAL CO.

Україна * с.Пролиски * СПВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * Корисний