



**ТОВ «Торгово ВиробничаКомпанія
«Марля Клуб Калита»**

Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне,
вул. Центральна, буд. 17, Україна
тел./факс (044) 205-42-38, (39, 40)

Паспорт

Бинт марлевий медичний стерильний тип 17

Розмір 5x10 см

Код партії/Lot: 006.2024.10.22

Дата виготовлення: 2024.10.22
рік/місяць/число

Кількість продукції у партії 26070 шт.

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 21.2-33156937-001:2015

Результати випробувань

Найменування випробувань	Номер пункту за ТУ	Норма для бинту	Результат
Довжина	3.2.3	5,0±0,2 м	4,8 м
Ширина	3.2.3	10,0±0,5 см	10,0 см
Діаметр	3.2.4	Не більше 29 мм	20 мм
Ступінь білизни*	3.3.5	Не менше 70%	Відповідає*
Капілярність*	3.3.5	Не менше 6,5 см	Відповідає*
Розривне навантаження по довжині	3.3.5	Не менше 69 Н	Відповідає*
Упаковка маркування	3.5,3.6	За ТУ У 21.2-33156937-001:2015	Відповідає*

*- за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 21.2-33156937-001:2015 Термін придатності до: 2029.10.
рік/місяць

Місце печатки:

Начальник ВТК: Товмач Ю.М.



15.10.2024

(Handwritten signature)